

---

**Fwd: PE 180/2023 - Solicitação em resposta do esclarecimento**

---

**De :** Raquel Molina Negrão <raquel.molina@avare.sp.gov.br> ter., 22 de ago. de 2023 12:50

**Assunto :** Fwd: PE 180/2023 - Solicitação em resposta do esclarecimento

📎 5 anexos

**Para :** katia barboza <katia.barboza@macrosul.com>

Prezada Katia,

Encaminho, e-mail abaixo, resposta da sra. Juliana Silva referente ao seu pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 180/2023.

Att.



**Raquel Molina Negrão**

**Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ**

**CONTATO: (14) 3711-2500 | [raquel.molina@avare.sp.gov.br](mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br)**

**| [licitacao@avare.sp.gov.br](mailto:licitacao@avare.sp.gov.br)**

*Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência*

*Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"*

---

**De:** "Juliana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>

**Para:** "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

**Cc:** "Juliana Cristina Moreira" <juliana.moreira@avare.sp.gov.br>, "Aldrio Machado de Moura Leite" <aldrio.leite@avare.sp.gov.br>, "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>, "Cotação Saúde" <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>, "Gabinete da Secretaria de Saúde" <saude@avare.sp.gov.br>, "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 22 de agosto de 2023 12:35:35

**Assunto:** Re: PE 180/2023 - Solicitação em resposta do esclarecimento

Prezados.

Em atenção a nova solicitação de esclarecimento informo que iremos aceitar nesse processo um equipamento ( otoscópio) que apresente todas as caracterisiticas fundamentais para a realização do exame pelo profissional médico.

Referente aos espéculos é necessário que os mesmos atendam a demanda adulto e infantil, com caracterisiticas reutilizáveis e esterelizáveis.

Quando o licitante questiona a não desclassificação por esta Secretaria, informo que a desclassificação acontecerá apenas se o produto não apresentar as caracterisiticas necessárias e dentro do padrão geral exigido para o produto questionado.

Diante disso, será possível aceitar o questionamento deste licitante no que diz respeito a aceitar características diferenciadas dos espéculos ( mantendo os tamanhos padronizados para crianças e adultos), com medidas aproximadas.

Sem mais.

Juliana Silva.

---

**De:** "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

**Para:** "Juliana Cristina Moreira" <juliana.moreira@avare.sp.gov.br>, "Juliana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>, "Aldrio Machado de Moura Leite" <aldrio.leite@avare.sp.gov.br>, "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>, "requisicao saude" <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>, "Gabinete da Secretaria de Saúde" <saude@avare.sp.gov.br>, "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 22 de agosto de 2023 8:51:41

**Assunto:** Fwd: PE 180/2023 - Solicitação em resposta do esclarecimento

Prezados, bom dia.

Favor verificar a situação abaixo, apresentada pela empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA** e adotar as possíveis providências.

Att.



**Raquel Molina Negrão**

**Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ**

**CONTATO: (14) 3711-2500 | [raquel.molina@avare.sp.gov.br](mailto:raquel.molina@avare.sp.gov.br)**

**| [licitacao@avare.sp.gov.br](mailto:licitacao@avare.sp.gov.br)**

*Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência*

*Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"*

---

**De:** "Kátia Barboza" <katia.barboza@macrosul.com>

**Para:** "Juliana da Silva Amaral" <juliana.silva@avare.sp.gov.br>

**Cc:** "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 22 de agosto de 2023 8:39:49

**Assunto:** PE 180/2023 - Solicitação em resposta do esclarecimento

Prezados, Bom dia,

Após análise da resposta do esclarecimento solicitado, podemos observar que o descritivo continua falho em seus tamanhos e quantidades.

Resposta:

Para a realização do exame é necessário que o **espéculo apresente o** tamanho correto de espéculo para garantir um exame adequado.

A recomendação varia de acordo com a idade do paciente:

**Crianças de até 3 anos de idade:** Espéculo 2,5 milímetros

**Crianças de 3 anos de idade até 12 anos de idade:** Espéculo 3,0 milímetros

**Crianças com mais de 12 anos de idade e adultos:** espéculo 4,0 milímetros

Edital:

**OTOSCÓPIO PROFISSIONAL LED**

Especificação Técnica: Com Estojo Portátil, tendo como componentes principais: espéculos com diversos tamanhos para adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo baioneta (encaixe) para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente de aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez. Acompanhar o aparelho: 02 espéculos esterilizáveis 33 mm; 02 espéculos esterilizáveis 37 mm; 05 espéculos reutilizáveis 33 mm; 05 espéculos reutilizáveis 37 mm; Estojo de acondicionamento.

Uma vez que a resposta contradiz o descritivo do edital, gostaria de saber:

**O item será cancelado ? alterado ? ou cada licitante poderá cotar como queira sem que o órgão possa desclassificar ?**

Como informado os espéculos não são tamanho padrão dos fabricantes, que variam alguns milímetros de modelo pra modelo.

Devido a especificação do Otoscópio os espéculos compatíveis com o modelo solicitado no edital são:

Conjunto com 05 Espéculos reutilizáveis: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10.0 mm. (sendo disponibilizado para comercialização um conjunto com 01 und de cada tamanho)

Conjunto com 14 Espéculos descartáveis: 2.5 e 4.0mm (sendo disponibilizado para comercialização um conjunto com 07 und de cada tamanho)

Cabe ressaltar que são conjuntos de espéculos, portanto deverá seguir o padrão da quantidade disponível para cada modelo.

Agradeço desde já, fico no aguardo.

**Katia Barboza**

Licitação

(41) 2102-8344 | 8310  
WhatsApp (41) 2102-8333



**Brasão Avaré.jpg**

121 KB



**resposta ao esclarecimento.pdf**

546 KB

---